

赤峰学院化学与生命科学学院国家级一流本科建设专业-生物科学专业（繁殖生物技术研究室仪器购置）设备成交结果公告

- 一、项目编号：CFXYHSY-2025CG-001HW
- 二、项目名称：赤峰学院化学与生命科学学院国家级一流本科建设专业-生物科学专业（繁殖生物技术研究室仪器购置）设备
- 三、采购结果

供应商名称	供应商地址	中标（成交）金额
赤峰申诺仪器仪表有限公司	赤峰市红山区站前办事处西城小区钢花庭院3号楼3254	141200元

四、主要标的信息

货物类

询价报价表

序号	名称	品牌型号	技术参数	单位	数量	审定单价（元）	审定合价（元）
1	立式杀菌锅	GVS3760/冰山松洋	1、最高灭菌温度≥135℃ 2、最大可允许压力（表压）：≥0.25 Mpa 3、温度显示范围不窄于5~137℃ 4、（保温）温度范围不窄于：45~6 6、灭菌定时 1~250 分钟 7、锁盖方式：电子锁+穿透式针式锁 8、选择模式：①琼脂培养基灭菌 培养基制备→加热→灭菌→排气（脉冲）→保温→结束 ②液体培养基灭菌 培养基制备→加热→灭菌→排气（脉冲）→结束 ③固体/医疗器皿灭菌 准备→加热→灭菌→排气→结束 9、有效容量≥48L 10、内部尺寸直径≥300mm 11、电动锁系统：用触摸控制器就可以轻易和安全地开启箱盖。 12、安全双向检测（显示）连锁装置：通过检测内压力和温度，该安全系统才能锁住箱盖；该系统确保使用时，具有更大安全性。 13、记忆（储存）支持系统：可以改变各种参数（如灭菌、排气、加热等参数），且一旦发生改变（甚至发生停电故障）上述参数仍能保留下来。 14、节省空间的设计：采用垂直向上打开箱盖，节省空间（相对较链式水平打开箱盖的型号而言）。 15、过程状态显示：通过一组闪光灯指示出当前灭菌	台	2	52600.00	105200.00

			过程的多种情况。				
2	超净工作台	TCB-6E 1-CN/E SCO	1、双人单面，垂直气流，气孔设计在后背板消除操作室内乱流的形成； 2、采用高品质 1mm 厚 304#不锈钢台面，圆滑无清洁死角区； 3、HEPA 级过滤器可提供 10 级洁净等级； 4、风机：能耗低，散热好，低噪音，更长寿命； 5、表面抗菌涂层具有长期抑菌作用 6、内部尺寸宽度≥：1800mm	台	1	17000.00	17000.00
3	二氧化碳培养箱	CLM-17 0B-8-T C/ESCO	1、容积≥168L，直热气套式，90 度湿热灭菌； 2、IR 红外 CO2 传感器，实现零漂移，具备自动校准功能，CO2 浓度范围≥0-20； 3、ULPA 空气滤器，99.999%颗粒截留效率； 4、一体式内胆，大圆弧角，清洁无死角； 5、表面抗菌涂层具有长期抑菌作用	台	1	19000.00	19000.00
合 计						141200.00	

五、询价小组名单：

王斌、莫显红、于晓伟

六、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名称：赤峰学院化学与生命科学学院实验设备（项目单位名称）

地址：赤峰市红山区迎宾路 1 号（或校外项目单位地址）

联系方式（电话）：15847608163

赤峰学院化学与生命科学学院（项目单位名称）

2025 年 10 月 15 日

